

Sopot, dnia 9 marca 2021 r.

## WYJAŚNIENIA

dot. postępowania na dostawę sprzętu laboratoryjnego dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk (nr postępowania IO/ZN/3/2021)

*Szanowni Państwo,*

Zamawiający – Instytut Oceanologii PAN informuje, że na podstawie rozdziału VIII ust. 11 Ogłoszenia o zamówieniu z dziedziny nauki udziela wyjaśnień w odpowiedzi na następujące pytania, które wpłynęły do Zamawiającego w dniu 05.03.2021r. i 08.03.2021 r.

### Pytanie nr 1

*„Czy zamawiający w Pakiecie I - dostawa wirówki laboratoryjnej dopuści zaoferowanie*

*Wirówki o wymiarach 29 x 44 x 72 cm. Mniejsze urządzenie pozwoli zaoszczędzić przestrzeń w laboratorium, przy czym zachowana zostanie wymagana przez Zamawiającego pojemność urządzenia i parametry wirowania. Rotora mieszczącego 8 probówek o pojemności 50 ml w którym każda probówka umieszczana jest w indywidualnym, szczelnie zamykanym adapterze.”*

### Odpowiedź

Zamawiający dopuści proponowane przez Wykonawcę rozwiązania.

### Pytanie nr 2

*„Czy Zamawiający zaakceptuje bardziej ergonomiczny model wirówki tj. o mniejszych wymiarach w zakresie zarówno długości, szerokości jak i wysokości, spełniający jednocześnie, a nawet przewyższający minimalne wymagania przedłożone przez Zamawiającego, np. względem parametrów tj. maksymalna prędkość siły odśrodkowej, maksymalna prędkość wirowania, zakres temperatury?”*

### Odpowiedź

Zamawiający dopuści proponowane przez Wykonawcę rozwiązanie.

### Pytanie nr 3

*„W Ogłoszeniu o zamówienie punkcie II. Opis przedmiotu zamówienia, 4. Szczegółowy opis poszczególnych Pakietów:*

*1) Pakiet I- dostawa wirówki laboratoryjne- Zamawiający wymaga:*

*- system dekontaminacji komory wirowniczej nie wymagający pracy operatora,*

**PYTANIE 1:**

*Czy Zamawiający zaakceptuje inne rozwiązanie, niespecyficzne dla jednego producenta, które zapewnia taki sam efekt i sumarycznie pozwala na zredukowanie czasu przy podobnym nakładzie pracy operatora?*

**UZASADNIENIE:**

*Wskazuje się iż pod pojęciem nie wymagający pracy operatora kryje się zestaw czynności standardowo wykonywanych podczas manualnego oczyszczenia, jak np. wyciągnięcie niektórych podzespołów z wnętrza wirówki, które przykładowo powinny być autoklawowane dla zapewnienia odpowiedniego bezpieczeństwa pracy.*

*Opcje oferujące rozwiązanie auto-clean wiążą się z konieczności wykonania szeregu dotychczas działań przez operatora, wykraczających ponad standardową manualną procedurę oczyszczania wirówki celem faktycznego rozpoczęcia procesu dekontaminacji. Zalicza się do nich m.in. odkręcenie pokrywy umieszczonej na wieku wirówki, umieszczenie w dedykowanym miejscu specjalnego materiału uprzednio odpowiednio*

przygotowanego, tj. nasączonego reagentem do czyszczenia, przykręcenie pokrywy, uzupełnienie pojemnika na substancje służącą dekontaminacji i dopiero włączenia opcji auto-clean.

### **Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza możliwość zaoferowania wirówki, która wymaga wykonania różnych czynności przygotowawczych do dekontaminacji komory.

Zamawiający nie dopuszcza natomiast zaoferowania sprzętu, który do sterylizacji wymagałby wykorzystania dodatkowych urządzeń, np. autoklawu.

### **Pytanie nr 4**

„(§ 7 ust. 1 pkt. c) Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmniejszenie procenta naliczanej kary do max. 5% wartości NETTO niezrealizowanej umowy?

*Uzasadnienie:*

*Zastrzeżona we wzorze umowy kara umowna jest rażąco wygórowaną w rozumieniu art. 484 § 2 kodeksu cywilnego. Podstawową funkcją kary umownej jest kompensacja szkody poniesionej przez Zamawiającego. Powinna ona bowiem służyć ułatwieniu dochodzenia odszkodowania, a nie prowadzić do sytuacji, w której Zamawiający wzbogaca się na niewykonaniu zobowiązania przez Wykonawcę (por. wyr. SA w Katowicach 17.12.2008 r., V ACA 483/08, OSA w Katowicach 2009, Nr 1, poz. 5). W związku z tym, w przypadku utrzymania obecnego brzmienia postanowienia umowy (niewspółmierność z ewentualną szkodą Zamawiającego) ewentualnie naliczona kara umowna zostanie uznana za rażąco wygórowaną, a w konsekwencji tego możliwe będzie jej miarkowanie, co naraża instytucję zamawiającą na nieuzyskanie zakładanego odszkodowania oraz dodatkowe koszty postępowania sądowego. Mając na względzie z jednej strony ochronę słusznego interesu Zamawiającego, a z drugiej zasadę równości stron prawa kontraktów oraz regulację art. 484 § 2 kodeksu cywilnego proponujemy, aby podstawą naliczenia kary umownej było 5% wartości netto umowy.*

*W/w dane zmiany zezwolą Wykonawcom na złożenie prawidłowej oferty, spełniającej oczekiwania Zamawiającego oraz przyczyni się to do zwiększenia konkurencyjności. Zezwoli to również na możliwość ubiegania się o jego udzielenie większej ilości wykonawców wg. Obiektywnych i niedyskryminacyjnych kryteriów lub zasad. W przypadku braku zgody prosimy o uzasadnienie swojej odpowiedzi”.*

### **Odpowiedź**

Zamawiający nie wyraża zgody na zmniejszenie kary umownej z tytułu odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

Wbrew twierdzeniom Wykonawcy, kara w wysokości 20% wartości netto nie jest rażąco wygórowana. Zamawiający ustalając wysokość kar umownych wziął pod uwagę ochronę swoich uzasadnionych interesów oraz potrzebę zapewnienia wykonania umowy, przy jednoczesnym uwzględnieniu interesów Wykonawcy, w tym nieobciążaniu go ponad miarę. Co należy podkreślić, przedmiotowe zamówienie finansowane jest ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego, których niewydatkowanie w przewidzianym terminie może wiązać się dla Zamawiającego z dodatkowymi konsekwencjami finansowymi. Dodatkowo zastrzeżona wysokość kary umownej jest wysokością powszechnie występującą na rynku. Wbrew twierdzeniom Wykonawcy, Zamawiający ustalając wysokość kary wziął pod uwagę wysokość ewentualnej szkody jaką może ponieść w przypadku niewykonania zamówienia.

Co więcej wysokość kary proponowana przez Wykonawcę nie spełnia powyższych przesłanek, w tym nie zapewnia ochrony interesów Zamawiającego.

Z uwagi na powyższe Zamawiający nie może wyrazić zgody na ustalenie kary w wysokości zaproponowanej przez Wykonawcę.

### **Pytanie nr 5**

*„Czy Zamawiający dopuści, po każdorazowej konsultacji z Zamawiającym w razie problemów z dostawą związaną z obecną sytuacją tj., opóźnienia w dostawach wynikające z sił wyższych – tj. zagrożenie Koronawirusem - możliwość zaoferowania zamiennika produktu w trakcie realizacji umowy, o innej nazwie, kodzie oraz zbliżonych parametrach jakościowych w stosunku do produktu zaoferowanego w danej pozycji oferty w sytuacji, gdy z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jest on niedostępny u producenta, termin dostaw jest wydłużony, trwają wydłużone kontrole w zakresie dostarczanych produktów od Producentów/ Dostawców? Uzasadnienie: Wprowadzenie niniejszego zapisu pozwoli zarówno na zabezpieczenie ciągłości procesu diagnostycznego i uchroni, zarówno Zamawiającego oraz Wykonawcę przed nieoczekiwanymi oraz niezależnymi od nich skutkami wypadków losowych, do których mogą należeć: obecna sytuacja związana z koronawirusem, czasowa awaria linii produkcyjnej u producenta, czasowe wycofanie produktu przez producenta brak dostępności surowców, niekorzystne zmiany makroekonomiczne czy wpływ klęsk żywiołowych..”*

### **Odpowiedź**

Wykonawca co do zasady powinien wykonać zamówienie zgodnie ze złożoną ofertą. W przypadku wystąpienia problemów z dostawą niezależną od stron i nieprzewidzianą w momencie zawarcia umowy istnieje możliwość zmiany umowy. Ewentualne przewidywane zmiany umowy, w tym w przypadku wystąpienia „siły wyższej” zostały już przewidziane w §9 do umowy – w szczególności ust. 2 lit d (siła wyższa) lub c (konieczność zmiany terminu dostawy). Nie jest to natomiast katalog zamknięty. Każda sytuacja będzie oceniana indywidualnie. Zamawiający będzie brał przy tym pod uwagę ograniczenia w zakresie zmiany umowy określone w ramach projektu finansującego zakup. Zamawiający nie może natomiast wprowadzić zapisu zezwalającego blankietowo na zmiany treści oferty (w tym zamawianych produktów i terminów dostawy).

Co więcej w ramach przedmiotowego postępowania punktowany jest termin realizacji zamówienia. Z uwagi na powyższe, Zamawiający nie może wprowadzić zapisów umożliwiających dowolne wydłużanie terminu realizacji (Wykonawca, który wygrywa postępowanie potencjalnie może wygrać dzięki zaoferowaniu krótkiego terminu dostawy. Niekonkurencyjny byłby zapis umożliwiający następnie wydłużenie terminu dostawy w przypadku wystąpienia okoliczności zależnych od Wykonawcy lub które mógł przewidzieć na etapie składania ofert).

Niezależnie od powyższego, Zamawiający zwraca uwagę, że w postępowaniu zostały zastrzeżone kary umowne za nieterminową dostawę jedynie w przypadku zwłoki (a więc opóźnienia, za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca). Nie obejmuje ona sytuacji opóźnienia z przyczyn od Wykonawcy niezależnych.

Wychodząc jednak Wykonawcy naprzeciw, Zamawiający uwzględni w przewidywanych zmianach umowy sytuację wycofania produktu z rynku.

### **Pytanie nr 6**

*„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dodanie we wzorze umowy następujące postanowienia:  
Dopuszcza się możliwość zmian postanowień zawartej umowy , w tym poszczególnych zamówień , gdy konieczność zmiany spowodowana jest okolicznościami poza kontrola stron, których działając z należytą starannością strony nie mogły przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Dotyczy to w szczególności takich okoliczności jak zagrożenie epidemiologiczne, zamieszki , akty terroru, zamknięcie granic, rządowe ograniczenia międzynarodowego transportu, utrudnienia na lotniskach i granicach, tj. okoliczności o charakterze tzw. Siły wyższej. W czasie trwania siły wyższej Wykonawca odpowiada za wykonanie Umowy na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego . Wykonawca dołoży wszelkich starań , aby pomimo istnienia siły wyższej zapewnić ciągłość dostaw wszystkich produktów na bieżąco i zgodnie ze składanymi zamówieniami oraz zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.*

*Uzasadnienie:*

*Z uwagi na wyjątkowość sytuacji, jaką jest wybuch pandemii SARC-CoV-2, oraz dynamicznie zmieniające się okoliczności zewnętrzne, na które Wykonawca nie ma wpływu, w tym: Potencjalnie ograniczoną dostępność wybranych produktów związaną z nagłym i niemożliwym do przewidzenia zwiększeniem światowego zapotrzebowania na wyroby medyczne do diagnostyki in vitro oraz podejmowanie przez państwa dotknięte epidemią – w tym Polskę – środki profilaktyczne i zaradcze, takie jak: zamknięcie granic, ograniczenie międzynarodowego transportu, zwiększone kontrole na lotniskach i granicach, a także inne dodatkowe obowiązki nakładane na producentów i dystrybutorów produktów w sektorze ochrony zdrowia, stanowiące okoliczności o charakterze tzw. siły wyższej, złożone przez Zamawiającego zamówienia mogą nie zostać zrealizowane lub mogą zostać zrealizowane w późniejszym terminie lub w odbiegającej od zamówienia liczbie produktów. Wykonawca zobowiązuje się informować Zamawiającego niezwłocznie i na bieżąco o wszelkich trudnościach związanych z dostarczeniem zamówionych przez niego produktów.”*

### **Odpowiedź**

W projekcie umowy znajdują się już zapisy w zakresie możliwości zmiany umowy w przypadku wystąpienia „siły wyższej”. Zostały one zawarte w przewidywanych zmianach umowy w ramach §9 ust. 2 lit d projektu umowy. Z uwagi na powyższe, Zamawiający postanowił nie wprowadzać dodatkowych zapisów proponowanych przez Wykonawcę. W pozostałym zakresie, odpowiedź na powyższe pytanie została już udzielona w ramach pytania 5.

### **Pytanie nr 7**

*„Czy Zamawiający po podpisaniu umowy, w trakcie jej realizacji dopuści możliwość dostarczania dokumentacji produktowej (specyfikacje produktu) w formie elektronicznej?”*

### **Odpowiedź**

Zamawiający wyraża zgodę na dostarczenie dokumentacji dostarczanego sprzętu w formie elektronicznej.

### **Pytanie nr 8**

*„Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zawarcie umowy w formie elektronicznej przy wykorzystaniu kwalifikowanego podpisu elektronicznego przez Wykonawcę?”*

*Uzasadnienie:*

*W obecnej sytuacji epidemii Urząd Zamówień Publicznych zachęca zamawiających do komunikowania się z wykonawcami za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Kwalifikowany podpis elektroniczny ma skutek prawny równoważny podpisowi odręcznemu. Potwierdzenie tej zasady znajduje się w art. 78(1) kodeksu cywilnego, który zrównuje kwalifikowany podpis elektroniczny z podpisem własnoręcznym.”*

### **Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza możliwość zawarcia umowy w formie elektronicznej. Możliwość taka została już przewidziana w § 10 ust. 4 projektu umowy.

### **Pytanie nr 9**

- „ 1. Czy Zamawiający dopuści termocykler za zakresem gradientu temperatury: 30-105°C?*
- 2. Czy Zamawiający dopuści termocykler z zakresem gradientu różnicy temperatur: 1 -30°C?*
- 3. Czy Zamawiający dopuści termocykler z zakresem temperatur: 4-105°C?*
- 4. Czy Zamawiający dopuści termocykler o wymiarach (D x W x H): 25 x 34,5 x 27 cm?”*

### **Odpowiedź**

Zamawiający dopuści proponowane przez Wykonawcę rozwiązania.

W związku z udzielonymi odpowiedziami, Zamawiający, na podstawie rozdziału VIII ust. 9, zmienia treść Ogłoszenia o zamówieniu z dziedziny nauki w ten sposób, że:

1. w rozdziale II ust. 4 pkt 1 opis wirówki:

*„Pakiet I - dostawa wirówki laboratoryjnej. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi sprzęt o następujących parametrach:*

*a) Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem:*

- *Maksymalna prędkość siły odśrodkowej co najmniej 31000 g,*
- *Maksymalna prędkość wirowania co najmniej 18 000 obr/min,*
- *Zakres temperatury -10°C - +40°C,*
- *Beznarzędziowy lub narzędziowy system wymiany rotora,*
- *Dotykowy ekran LCD lub duży wyświetlacz LCD z przyciskami,*
- *Duża dostępność rotorów oraz adapterów do wirówki, w tym rotory do mikroptytek,*
- *System dekontaminacji komory wirowniczej nie wymagający pracy operatora,*
- *Pokrywa wirówki,*
- *Możliwość zapisywania protokołów w pamięci urządzenia,*
- *Wymiary: 50 cm +/- 5 cm x 50 cm +/- 22 cm x 80 cm +/- 15 cm;*

*b) Rotor stałokręgowy:*

- *Dostosowany do jednoczesnego wirowania co najmniej 8 probówek o pojemności 50 ml,*
- *Maksymalna prędkość siły odśrodkowej co najmniej 4900 g,*
- *Maksymalna prędkość wirowania co najmniej 5600 obr/min,*
- *Zamykany pokrywą,*
- *Kompatybilny z wyżej opisaną wirówką;*

*c) Rotor stałokręgowy:*

- *Dostosowany do jednoczesnego wirowania co najmniej 24 probówek o pojemności 1,5/2 ml,*
- *Maksymalna prędkość siły odśrodkowej co najmniej 30 000 g,*
- *Maksymalna prędkość wirowania co najmniej 18 000 obr/min,*
- *Zamykany pokrywą*
- *Kompatybilny z wyżej opisaną wirówką.”*

zastępuje opisem:

**„Pakiet I - dostawa wirówki laboratoryjnej.** W skład przedmiotu zamówienia wchodzi sprzęt o następujących parametrach:

a) Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem:

- Maksymalna prędkość siły odśrodkowej co najmniej 31000 g,
- Maksymalna prędkość wirowania co najmniej 18 000 obr/min,
- Zakres temperatury -10°C - +40°C,
- Beznarzędziowy lub narzędziowy system wymiany rotora,
- Dotykowy ekran LCD lub duży wyświetlacz LCD z przyciskami,
- Duża dostępność rotorów oraz adapterów do wirówki, w tym rotory do mikroptytek,
- **System dekontaminacji komory wirowniczej typu „auto-cleaning,**
- Pokrywa wirówki,
- Możliwość zapisywania protokołów w pamięci urządzenia,
- Wymiary **maksymalne: 55 x 77 x 85 cm;**

b) Rotor stałokręgowy:

- Dostosowany do jednoczesnego wirowania co najmniej 8 probówek o pojemności 50 ml **lub do jednoczesnego wirowania co najmniej 8 probówek o pojemności 50 ml, w którym każda probówka umieszczana jest w indywidualnym, szczelnie zamykanym adapterze,**
  - Maksymalna prędkość siły odśrodkowej co najmniej 4900 g,
  - Maksymalna prędkość wirowania co najmniej 5600 obr/min,
  - Zamykany pokrywą,
  - Kompatybilny z wyżej opisaną wirówką;
- c) Rotor stałokątowy:
- Dostosowany do jednoczesnego wirowania co najmniej 24 probówek o pojemności 1,5/2 ml,
  - Maksymalna prędkość siły odśrodkowej co najmniej 30 000 g,
  - Maksymalna prędkość wirowania co najmniej 18 000 obr/min,
  - Zamykany pokrywą
  - Kompatybilny z wyżej opisaną wirówką.”

2. w rozdziale II ust. 4 pkt 2 opis termocyklerów:

*„Pakiet II - dostawa dwóch termocyklerów. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi sprzęt o następujących parametrach:*

- Wyposażony w blok na 96 probówek 02, ml/płytkę 96-dołkową/12 pasków x 8 tubek 0,2 ml,
- Gradient maksymalny: co najmniej 20°C, minimalny: co najmniej 0,1°C,
- Zakres temperatur bloku: 3°C - 99°C; zakres temperatur gradientu: 20°C-99°C,
- Zakres temperatur pokrywy: 30°C - 110°C,
- Możliwość zapisu dużej ilości programów w pamięci urządzenia,
- Dotykowy ekran,
- Cicha praca,
- Wymiary: 26x43x24 cm+- 3 cm”

zostaje zastąpiony przez zapis:

*„Pakiet II - dostawa dwóch termocyklerów. W skład przedmiotu zamówienia wchodzi sprzęt o następujących parametrach:*

- Wyposażony w blok na 96 probówek 02, ml/płytkę 96-dołkową/12 pasków x 8 tubek 0,2 ml,
- Gradient maksymalny: co najmniej 20°C, minimalny: **co najwyżej 1°C,**
- Zakres temperatur bloku: 3°C - 99°C **+/- 10°C;** zakres temperatur gradientu: 20°C-99°C **+/- 10°C,**
- Zakres temperatur pokrywy: 30°C - 110°C,
- Możliwość zapisu dużej ilości programów w pamięci urządzenia,
- Dotykowy ekran,
- Cicha praca,
- Wymiary: 26x43x24 cm+- **10 cm”**

3. W projekcie umowy (Załączniki nr 4 do Ogłoszenia) w §9 ust. 2 dodaje się literę i) o następującym brzmieniu:

„i) zmianę przedmiotu zamówienia - w przypadku, gdy oferowany sprzęt nie jest i nie będzie dostępny na rynku lub zaprzestano jego produkcję (Wykonawca może zaproponować nowocześniejsze zamienniki o lepszych parametrach technicznych w niezmienionej cenie w stosunku do oferty. Na Wykonawcy spoczywa obowiązek pisemnego poinformowania Zamawiającego o konieczności zamiany oraz dostarczenie potwierdzenia o wycofaniu zamienianego sprzętu z rynku).”

W związku z wprowadzonymi zmianami, Zamawiający przedłuża terminu składania ofert do dnia **12 marca 2021r. do godz. 10:00.**

Z uwagi na powyższe, odpowiedniej zmianie ulega również rozdział VIII ust. 1 Ogłoszenia. Sposób i forma składania ofert pozostaje bez zmian. W związku ze zmienionym terminem składania ofert, zmianie ulega również:

- Rozdział VIII ust. 13 Ogłoszenia i punkt 7 Załącznika nr 1 do Ogłoszenia (Formularz ofertowy), w ten sposób, że **termin związania ofertą jest do dnia 10.04.2021r.**
- Rozdział VII ust. 2 Ogłoszenia, w ten sposób, że osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy są: p. Joanna Pawłowska, p. Małgorzata Maśnicka, p. Joanna Przedzrymirska, **p. Jan Marcin Węśławski.**

Pozostałe zapisy Ogłoszenia pozostają bez zmian.

*Z poważaniem*