



INFORMACJA O NIEUDZIELENIU ZAMÓWIENIA Z DZIEDZINY NAUKI ORAZ O UNIEWAŻNIENIU POSTĘPOWANIA

dot. postępowania na dostawę podwodnych fluorymetrów (nr postępowania IO/ZN/4/2021)

- I. Zamawiający – Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk informuje, iż na podstawie rozdziału VII ust. 25 lit. a) Ogłoszenia dokonuje unieważnienia postępowania na **dostawę podwodnych fluorymetrów** dla Instytutu Oceanologii Polskiej Akademii Nauk - postępowanie IO/ZN/4/2021.

Uzasadnienie

W przedmiotowym postępowaniu wpłynęła jedna oferta – Wykonawcy Tuner Designs Incorporated, 1995 N1st Street, San Jose, CA, 95112, USA.

Zamawiający odrzucił ofertę Wykonawcy na podstawie rozdziału VII ust. 6 w zw. z ust. 14 Ogłoszenia. Z uwagi na fakt, że wszystkie oferty w postępowaniu zostały odrzucone, Zamawiający dokonał unieważnienia postępowania na podstawie rozdziału VII ust. 25 lit. a) Ogłoszenia.

- II. Zamawiający – Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk informuje, iż na podstawie rozdziału VII ust. 6 w zw. z ust. 14 Ogłoszenia dokonuje odrzucenia oferty Wykonawcy Tuner Designs Incorporated, 1995 N1st Street, San Jose, CA, 95112, USA .

Uzasadnienie

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu wymagał, aby Wykonawca zaoferował sprzęt wyposażony we wzbudzenie niebieskim spełniający następujące wymagania:

- Chl in vivo (wzbudzenie niebieskim) Minimalna granica wykrywalności 0,03 µg / l,
- Chl in vivo (wzbudzenie niebieskim) Zakres liniowy 0-500 µg / l,
- Dioda LED Chl in vivo (wzbudzenie niebieskie) (CWL) 460 nm,
- Chl in vivo (wzbudzenie niebieskim) Wzbudzenie 465/170 nm,
- Chl in vivo (wzbudzenie niebieskim) Emisja 696/44 nm.

Wykonawca w złożonej przez siebie ofercie zaoferował fluorymetry wyposażone w optykę phycoerythrin niespełniającą powyższych parametrów (wzbudzenie niebieskim). Wykonawca jednocześnie w swojej ofercie w żadnym miejscu nie wskazał, aby oferował sprzęt spełniający powyższe wymagania (sprzęt taki nie został ujęty w pkt 3 Formularza ofertowego, ani w żadnym innym miejscu oferty).

Z uwagi na powyższe, oferta Wykonawcy nie zawiera wszystkich wymaganych przez Zamawiającego elementów zamówienia oraz jest niezgodna z treścią Ogłoszenia. W związku z powyższym oferta Wykonawcy podlega odrzuceniu na podstawie rozdziału VII ust. 6 w zw. z ust. 14 Ogłoszenia.

Niezależnie od powyższego, Wykonawca w swojej ofercie nie wskazał również czy jego oferta obejmuje dostawę następujących elementów:

- Wycieraczka mechaniczna z 3 szczotkami i miedzianymi ramionami: 4 sztuki,
- Szczotka wycieraczka zamienny komplet: 2 sztuki,
- Zestaw dystansowy ramienia wycieraczki: 2 sztuki,

- Osłona rejestratorów: 4 sztuki,
- Klosz ochronny: 4 sztuki,
- Nasadka ochronna na miernik STD komplet: 4 sztuki,
- Zestaw optyczny STD: 4 sztuki,
- Miedziana blacha przeciwporostowa plus kołnierz montażowy: 4 sztuki,
- Niezbędne wzorce kalibracyjne, 1 LITR każdego.

Z uwagi na powyższe Zamawiający powziął wątpliwość również czy ww. elementy są objęte ofertą.

- III. Jednocześnie, Instytut Oceanologii Polskiej Akademii Nauk informuje, iż z uwagi na unieważnienie postępowania, nie udzielił zamówienia z dziedziny nauki.